RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1)

a NAH-2-0359/2026 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

1) Az akkreditált szervezet neve és címe:
   HÓD Industrial Solutions Kft. Kalibrálólaboratórium
   2092 Budakeszi Cserszegi u. 14.

2) Akkreditálási szabvány:

   MSZ EN ISO/IEC 17025:2018

3) Akkreditálási kategória:

   kalibrálólaboratórium

4) Az akkreditált státusz érvényessége:

   Az akkreditált státusz kezdetének napja: **2026. május 28.**

   Az akkreditált státusz lejáratának napja: **2031. május 28.**

5) Az akkreditált terület:

HÓD Industrial Solutions Kft. Kalibrálólaboratórium (2092 Budakeszi Cserszegi u. 14.)

laboratóriumi kalibrálási szolgáltatások

Szak-terület kódja *code of technical field*	**Kalibrálandó mérőeszköz (vagy a mérendő mennyiség) megnevezése** *type of instrument or material*	**Etalonnal mért, vagy reprodukált érték, illetve tartomány** *measurement range*	**Kalibrálási és mérési képesség** ***(k=2)*** *calibration and measurement capability (CMC)*	**A kalibrálási eljárás azonosítója** *calibration method or procedure*
HOS-1	Tolómérők	0 – 2500 mm	3,6 – 49 µm	KE-1/2025
HOS-1	Mikrométerek	0 – 525 mm	0,57 – 10,20 µm	KE-2/2025
HOS-1	Magasságmérők	0 – 1000 mm	0,75 – 19 µm	KE-3/2025
HOS-2	3D mérőgéppel végzett kalibrálások	600 x 1000 x 500 mm	$0{,}76+5{,}2*10^{-3}*L$ mm	KE-4/2025
HOS-2	Koordináta mérőgépek	0 – 3000 mm	0,49 – 1,6 µm	KE-5/2025
HOS-2	Csuklókaros koordináta mérőgépek	0 – 4000 mm	0,71 – 5,9 µm	KE-7/2025

HÓD Industrial Solutions Kft. Kalibrálólaboratórium (2092 Budakeszi Cserszegi u. 14.)

külső helyszínen végzett kalibrálási szolgáltatások

Szak-terület kódja *code of technical field*	**Kalibrálandó mérőeszköz (vagy a mérendő mennyiség) megnevezése** *type of instrument or material*	**Etalonnal mért, vagy reprodukált érték, illetve tartomány** *measurement range*	**Kalibrálási és mérési képesség** ***(k=2)*** *calibration and measurement capability (CMC)*	**A kalibrálási eljárás azonosítója** *calibration method or procedure*
HOS-1	Tolómérők	0 – 2500 mm	3,6 – 49 µm	KE-1/2025
HOS-1	Mikrométerek	0 – 525 mm	0,57 – 10,20 µm	KE-2/2025

HÓD Industrial Solutions Kft. Kalibrálólaboratórium (2092 Budakeszi Cserszegi u. 14.) *külső helyszínen végzett kalibrálási szolgáltatások*				
Szak-terület kódja *code of technical field*	**Kalibrálandó mérőeszköz (vagy a mérendő mennyiség) megnevezése** *type of instrument or material*	**Etalonnal mért, vagy reprodukált érték, illetve tartomány** *measurement range*	**Kalibrálási és mérési képesség** ***(k=2)*** *calibration and measurement capability (CMC)*	**A kalibrálási eljárás azonosítója** *calibration method or procedure*
HOS-1	Magasságmérők	0 – 1000 mm	0,75 – 19 µm	KE-3/2025
HOS-2	Koordináta mérőgépek	0 – 3000 mm	0,49 – 1,6 µm	KE-5/2025
HOS-2	Optikai koordináta mérőgépek	0 – 600 mm	1,5 – 2,4 µm	KE-6/2025
HOS-2	Csuklókaros koordináta mérőgépek	0 – 4000 mm	0,71 – 5,9 µm	KE-7/2025

Az aktuális akkreditált státuszra vonatkozó adatok a Nemzeti Akkreditáló Hatóság honlapján érhetők el (www.nah.gov.hu/hu/kategoriak).

Kelt Budapesten, az elektronikus tanúsítvány szerint

- VÉGE –

Rippel Endre László
elnökhelyettes
elektronikusan aláírva

Budapest, 2026. május 28.